

令和3年6月16日

個別接種実施医療機関 各位

宮崎市長 戸敷 正
(公 印 省 略)
宮崎市郡医師会長 川名 隆司
(公 印 省 略)

予防接種における間違い接種の発生について

この度、宮崎市内の医療機関において、直前に使用した注射器と未使用の注射器を、同じ机の同じ形状のトレーに置いたことで、誤って使用済みの注射器を使用してしまふ事案が発生いたしました。

つきましては、新型コロナワクチンの接種を実施する際は、改めて接種の手順について確認を徹底し、間違い接種の発生防止に努めていただきますようお願いいたします。

また、万が一間違い接種が発生した場合には、速やかに適切な処置を講じるとともに、直ちに宮崎市へご連絡をいただきますよう重ねてお願い申し上げます。

【文書取扱】

宮崎市新型コロナウイルスワクチン対策局

TEL:0985-73-8100 FAX:0985-73-8230

宮崎市郡医師会事務局

TEL:0985-77-9100 FAX:0985-77-9120