

宮新ワ第 8 5 号 3

令和 3 年 8 月 1 0 日

個別接種実施医療機関 各位

宮崎市長 戸敷 正

(公 印 省 略)

新型コロナワクチンの間違い接種の防止について (通知)

時下 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

平素より、本市の予防接種行政にご尽力とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、宮崎市内の医療機関において、接種時にシリンジと針の接合部からワクチンが漏れ、ワクチン0.3mlを接種することができない事例が発生いたしました。

日頃より、新型コロナワクチン接種実施時の間違い防止のため、手技の徹底をいただいているところですが、改めて下記の項目についてご確認いただきますようお願いいたします。

記

■接種前に必ずご確認ください。

- ・ 針とシリンジの接合部にゆるみがないか
- ・ 0.3mlが適切に充填されているか

※過去の通知については、宮崎市新型コロナワクチン特設サイトに掲載しておりますので、ご確認ください。

【掲載場所】

市特設サイト> 医療機関の方へ> 市から新型コロナワクチンに関する医療機関向け通知・事務連絡等

※間違い接種が発生した場合には、直ちにワクチン対策局 (Tel : 73-8100) までご連絡くださいますようお願いいたします。

【文書取扱】

宮崎市新型コロナウイルスワクチン対策局

TEL:0985-73-8100 FAX:0985-73-8230