

## 仕 様 書

### 【条件】

- ・ AED本体の保証期間、耐用期間は7年以上であること。
- ・ 耳の不自由な方でも問題なく使用できる製品であること。
- ・ 音声ガイダンスは日本語とし、機器使用誘導のガイダンス機能を有すること。
- ・ 毎日自動で行うセルフチェック機能を有し、常に装置が正常に作動する状態を保てること。  
なお、セルフチェック機能とはバッテリーの残量、本体の不具合等を診断し、異常があればアラーム等で知らせる機能をいう
- ・ AED収納ボックスはドア開閉時のアラーム機能を有していること。
- ・ ボックス置台は下段に毛布、バスタオル等の救急用具が入るスペースを有すること。
- ・ 屋外設置用BOXは防水BOXであること（保護等級IP55以上）。またAED本体の収納が可能な壁掛け型で、ドアの開閉時にアラーム機能を有するものとする。なお、AED本体の防塵防水機能が保護等級IP55以上であればBOXの保護等級は満たさなくてもよい。
- ・ 設置施設からAED講習の依頼があった場合は対応すること。
- ・ トレーニングパッドを使用して実機で訓練が行える機種である、もしくは納入機器と同機種のデモ機等を用いて実技訓練が行えること。
- ・ AED表示板はUV加工、複数ヶ国語（日本語・英語・中国語は必須）対応、サイズはA4サイズとする。
- ・ 納入場所への搬入・設置・調整等を行うこと。
- ・ リース期間中の消耗品（成人用パッド・バッテリー）の交換を行うこと。  
（交換作業については、学校側で行う）
- ・ リース期間満了後は機器の撤去を行うこと。

### 【設置場所】

- ・ 別紙 23 校

### 【基準品】

（1校あたり）

品 名	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位
AED本体（ケース・ガイド付き）	M5066Ae（ケース・ガイド付き）	1	台
成人用パッド 成人2個	M5071A（AED本体付属）予備1個	1	セット
バッテリー	M5070A（AED本体付属）	1	個
AED救急セット	AEDQQ-HS	1	セット
AED保証期間延長サービス	AED2YL	1	個
AED表示板	UV加工、複数ヶ国語対応、A4サイズ	1	枚

#### 屋内設置校

AEDBOX置き台（屋内設置用）	BOX-STAND-1	1	台
AED収納BOX（屋内設置用）	AEDBOX-1	1	台

#### 屋外設置校

防水BOX（壁掛け）（屋外設置用）	保護等級IP55以上、設置工事費込み	1	台
-------------------	--------------------	---	---

#### リース期間中の交換消耗品

成人用パッド（2個×2回）	リース期間中に交換すること （交換目安期間：20ヵ月後と40ヵ月後）	1	セット
バッテリー（1個×1回）	リース期間が経過する前に交換すること	1	個