

・AED質疑について

質疑内容	回答
<p>① 「AED講習」とあるが、胸骨圧迫・人工呼吸の手順はAEDに付帯する簡易取扱説明書に図示され、その他に取扱説明書を同梱して、取扱説明のYouTube動画を用意している。コロナ禍でもあり現地での対応は不要でよいか。</p> <p>現地対応が必要である場合は、AED本体を展示し、取扱説明書を用いて、具体的にAED使用方法、心肺蘇生法を説明すればよいか。</p> <p>上記対応が、承認できない場合は、AEDデモ機と人体模型を用いて取扱い説明を行えばよいか。</p>	<p>・各学校において、講習を行っているため、学校の要望に応じて取扱い説明等を行ってください。</p>
<p>② 高度管理医療機器の販売業・賃貸業許可を取得している場合、リース会社を通さずに直接賃貸借契約を結んでも良いか。</p>	<p>・ご提示の条件の場合、賃貸借契約を締結できます。</p>
<p>③ 消耗品において「交換」とあるが、消耗品の定期交換は、使用期限を迎える前に新しい消耗品と交換要領書を設置先に送付、消耗品は設置先の担当者に交換してもらい、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送してもらう運用でよいか。</p>	<p>・質疑内容とおりの運用でお願いします。</p>
<p>④ 「AED本体(M5066Ae)」、成人用パッド(M5071A)、バッテリー(M5070A)とあるが、添付性能表の日本光電工業(株)製AED-3100を同等品として承認もらえるか。</p>	<p>・同等品として承認します。</p>
<p>⑤ 「AED救急セット(AEDQQ-HS)」とあるが、構成はニトリルグローブ1双、カミソリ1本、ハサミ1本、タオル1本蘇生用マウスピース(RESACO-R)1個、ペーパータオル2枚でもよいか。</p>	<p>・ご提示の構成で問題ございません。</p>

⑥	<p>「AED保証期間延長サービス(AED2YL)」とあるが、5年間のメーカー保証を行えばよいか。</p>	<p>・仕様書にあるとおり、AED本体の保証は7年以上でお願いします。</p>
⑦	<p>「AED表示板(UV加工、複数か国語対応、A4サイズ)」とあるが、自社ロゴが記載されている設置表示ステッカー(18cm角とA4サイズ各1枚)でよいか。</p>	<p>・AED表示板については、仕様書のとおり「UV加工、複数か国語対応、A4サイズ」のものを準備してください。</p>
⑧	<p>屋内設置BOXにおいて、添付の三和商事製「AEDスタンドボックス(108-332)」を同等品として承認いただけるか。</p>	<p>・ご提示の物品を同等品として承認します。</p>
⑨	<p>飯田電子設計(株)製の屋外AEDボックス(AED210K)を同等品と承認してもらえるか。 また、設置場所は屋外のどのような場所か。 なお、アース付きコンセントがボックス設置予定場所の1m程度の場所にあるか。ない場合、ボックス設置場所10m以内に、屋外ボックスへの分岐可能なアース付きコンセントはあるか。</p>	<p>・質疑内容④のAED本体で応札された場合は、同等品として承認します。ただし、基本的にアース付きコンセントがありません。 ・設置場所は、学校の意向によって決めており、玄関前に設置する学校が多い現状です。</p>
⑩	<p>「業者名・リース期間など発注者が指示する必要な情報をラベルに記載」とあるが、AEDキャリングケースに自社維持管理タグが附属し、自社ロゴ及び連絡先が記載されている。自社製維持管理タグにテプラ等で、「契約期間」を記載する運用でよいか。</p>	<p>・質疑内容のと通りの運用でお願いします。</p>
⑪	<p>「ソフトウェアなどのCD類」とあるが、AED取扱い説明用のCDという認識でよいか。 胸骨圧迫・人工呼吸の手順は、AEDに付帯する簡易取扱説明書に図示され、その他に取扱説明書を同梱しており、取扱説明のYouTube動画を用意している。この運用でよいか。</p>	<p>・取扱説明用のCDという認識で相違ありません。 なお、CD等がない場合には、ご提示とおりの運用方法で了承します。</p>