

検査項目一覧

●地下水検査用（B除く）及び事業場排水検査用（B除く）

番号	元素	質量数	内部標準	内部標準 質量数	単位	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6
1	Cd	111	In	115	μg/L	0.3	1	2	5	10	20
2	Pb	208	Tl	205	μg/L	-	1	2	5	10	20
3	Cr	52	Co	59	μg/L	-	1	2	5	10	20
4	As	75	Y	89	μg/L	-	1	2	5	10	20
5	Se	78	Y	89	μg/L	-	1	2	5	10	20
6	Ni	60	Co	59	μg/L	-	1	2	5	10	20
7	Mo	95	Y	89	μg/L	-	1	2	5	10	20
8	Sb	121	In	115	μg/L	-	0.1	0.2	0.5	1	2
9	Cu	63	Co	59	μg/L	-	1	2	5	10	20
10	Zn	66	Co	59	μg/L	-	5	10	25	50	100
11	Fe	56	Co	59	μg/L	-	5	10	25	50	100
12	Mn	55	Co	59	μg/L	-	5	10	25	50	100
13	Al	27	Be	9	μg/L	-	5	10	25	50	100
14	U	238	Tl	205	μg/L	-	0.1	0.2	0.5	1	2

●地下水検査用（Bのみ）及び事業場排水検査用（Bのみ）

番号	元素	質量数	内部標準	内部標準 質量数	単位	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5
1	B	11	Be	9	μg/L	10	20	50	100	200

●清涼飲料水検査用

番号	元素	質量数	内部標準	内部標準 質量数	単位	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5
1	Pb	208	Tl	205	μg/L	0.5	1	2	5	10
2	As	75	Y	89	μg/L	0.5	1	2	5	10