LC（アルデヒド）計一式賃貸借仕様書

１．品名／規格

番号	品　　名	品　質　・　規　格	数量	単位
1	島津高速液体クロマトグラフシステム	ホルムアルデヒド	1	式
	（内訳）			
	高速液体クロマトグラフ	LC-2070	1	式
	アクセサリーキット	LC-2070	1	式
	工具キット		1	式
	電源コードセット	UC-975-N01 長さ：2.5m	1	式
	LabSolutions LC ワークステーション用 PC	高速液体クロマトグラフ一式による分析が制御できるもの （基準品：ESPRIMO D7014/R）	1	式
	LabSolutions　LCGC DB Single LC		1	式
	HPLC カラム,Shim-pack	VP-ODS	1	式
	モノクロレーザプリンタ	LP-S280DN	1	式
	USB プリンタケーブル	USBCB2	1	式
2	据付調整費			

２．納入場所

宮崎市大字富吉字上川久保 5655－1

宮崎市上下水道局浄水課水質管理センター（富吉浄水場内）

３．納入期限

令和 9 年 2 月 28 日

４．担当者名・連絡先

水質管理センター　上米良　凜　　電話　47－9249

５．特記事項

① 納品、据付調整については、担当者と十分な連絡調整を図り行うこと。

② 納入後のアフターサービス及び早急な修繕の必要がある場合は、迅速かつ誠意を持って行うこと。

③ PCについては、LC一式による自動分析が制御できること。また、Microsoft Office Excel、Wordが使用できる環境であること。（当該最新版ソフトが事前にインストールされていること。ただし、最新版でソフト等が対応できない場合は事前に協議すること）。

④ 納品後、次のことを行うこと。

・水道水質基準項目のホルムアルデヒドについて、厚生労働省告示第261号及び上水試験方法に示されたシステムであることの確認

・分析機器操作及びユーザーが実施すべきメンテナンスの説明（実践を含む）

・上下水道局が用意する検量線用試料を使用し、次に示した濃度設定のとおり検量線を作成後、それぞれの物質の検量点のうち最小濃度について３回繰返し測定を行うこと。（変動係数及び真度を確認する）

・検量線濃度は、次のとおりとする。

（１）ホルムアルデヒド：4点（0.005、0.01、0.02、0.03 （mg/L））

・再解析、再定量の方法の説明（定量パラメーターの設定、変更の方法等）

⑤ 分析定量結果及び再解析結果等がプリントアウトできること。

⑤ 機器取り扱い説明書及び機器制御ソフトウェアは、日本語であること。

⑥ 賃借人は、常に物件の機能を十分に発揮させるための保守、点検及び修理を必要に応じて行い、その費用を負担する。

⑦ 物件の隠れた契約不適合により物件の操作及び運用に不能が生じた場合は、その補修、交換等については賃貸人若しくは賃借人に物件を納入した業者の責任で行うものとする。